



Република Србија
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 404-02-10/2015-06
Београд, 07.04.2015. године

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања у поступку ЈН МВ 01/ 2015- Набавка примарних референтних гасова и сертификованих гасних смеша за калибрацију (ознака из Општег речника набавки: Гасови –Шифра 24100000)

У складу са чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/ 2012), у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 01/ 2015- Набавка примарних референтних гасова и сертификованих гасних смеша за калибрацију, достављамо Вам појашњења и одговоре на следећа питања:

ПИТАЊЕ 1

Поводом јавног позива за Набавка примарних референтних гасова и сертификованих гасних смеша за калибрацију ЈН МВ 01/ 2015, мишљења смо да су захтеви у погледу мерне несигурности за сертификоване гасне смеше ниских концентрација SO_2 и NO (стр. 5/25) престрого постављени (мање или једнако 3%), што је како код нас, тако и код других европских произвођача немогуће испунити (могуће је проверити на сајтовима). Нама је искуствено познато да се ове две смеше на нивоу квалитета сертификованих гасних мешавина, могу произвести са мерном несигурношћу од 5 % и више, услед изузетно ниских вредности захтеваних концентрација. Верујемо да ћете уважити овај заиста оправдан захтев, јер би у супротном било тешко поверовати да ћете добити понуду за производ у свему у складу са наведеним захтевом Ваше конкурсне документације.

ОДГОВОР 1

Сматрамо да је прихватљива мерна несигурност за сертификоване гасне смеше ниских концентрација SO_2 и NO мање или једнако 5 %.

Овај документ представља саставни део конкурсне документације.

Члан комисије за јавну набавку

Зоран Стојановић