

**Opšta ocena stručnosti laboratorija za merenje kvaliteta vazduha
od strane Evropske referentne laboratorije za zagađenje vazduha (ERLAP)**

	run number	Ref. conc. level	IE code									
			A	B	C	D	E	F	H	I	L	
CO (µmol/mol)	0	0.003	1	2	2	1	1	3	1	1	1	
	1	8.544	1	7	1	1	1	1	1	7	1	
	2	3.556	1	4	1	1	1	1	1	7	1	
	3	1.038	1	2	2	1	1	3	1	5	1	
	4	5.062	1	4	1	1	1	3	1	7	1	
5	2.039	1	2	1	1	1	1	1	7	3		
NO (nmol/mol)	0	0.09	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	618.80	1	2	1	1	1	3	1	1	1	
	2	464.08	1	2	3	1	1	5	1	1	1	
	3	215.56	1	2	1	1	1	1	1	3	1	
	4	100.72	1	2	2	1	1	5	1	5	1	
	5	80.53	1	2	2	1	1	1	1	5	1	
	6	18.78	1	1	2	1	1	5	1	3	1	
	7	402.30	1	2	3	1	1	3	1	1	1	
	8	309.51	1	2	1	1	1	3	1	3	1	
	9	50.24	1	2	2	1	1	1	1	5	1	
10	29.67	1	2	2	1	1	3	1	5	1		
NO2 (nmol/mol)	0	0.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	157.66	1	7	1	1	1	1	1	2	1	
	4	116.11	5	2	2	1	5	1	1	1	1	
	6	62.23	3	2	2	1	3	3	1	5	1	
	8	94.89	1	7	2	1	3	1	1	2	1	
10	20.83	3	2	2	1	1	3	1	1	1		
O3 (nmol/mol)	0	0.02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	153.17	1	2	1	1	1	1	1	1	1	
	2	123.80	1	2	1	1	1	1	1	1	1	
	3	55.46	1	2	1	1	1	1	1	1	1	
	4	91.53	1	2	1	1	1	1	1	1	1	
5	16.91	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
SO2 (nmol/mol)	0	0.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	133.94	1	2	1	1	1	3	3	1	1	
	2	72.36	1	2	1	1	1	3	1	1	1	
	3	5.31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	4	31.18	3	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	10.43	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

1 Rezultat merenja je potpuno zadovoljavajući (z'-score zadovoljavajući i En -broj u redu)

2 Rezultat merenja je zadovoljavajući (z'-score zadovoljavajući i En -broj u redu), ali je prijavljena merna nesigurnost previsoka

3 Izmerena vrednost je zadovoljavajuća (z'-score zadovoljavajući), ali je prijavljena merna nesigurnost preniska (En -broj nije u redu)

4 Rezultat merenja je pod znakom pitanja (z'-score pod znakom pitanja), ali zbog visoke prijavljene merne nesigurnosti može se smatrati validnim (En -broj u redu)

5 Rezultat merenja je pod znakom pitanja (z'-score pod znakom pitanja i En -broj nije u redu)

6 Rezultat merenja je nezadovoljavajući (z'-score nezadovoljavajući), ali zbog visoke prijavljene merne nesigurnosti može se smatrati validnim (En -broj u redu)

7 Rezultat merenja je nezadovoljavajući (z'-score nezadovoljavajući i En -broj nije u redu)

Države učesnice	Laboratorija	Kod
Bugarska	Executive Environmental Agency (EEA)	A
Litvanija	Environmental Protection Agency (AAA)	B
Francuska	AirParif (AIRPARIF)	C
Republika Češka	Czech Hydrometeorological Institute (CHMI)	D
Kipar	Dept. of Labour Inspection (DLI)	E
Španija	Instituto De Salud Carlos III (ISCIII)	F
Evropska komisija EU	European Reference Laboratory for Air Pollution (ERLAP)	G
<u>Srbija</u>	<u>Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA)</u>	<u>H</u>
Francuska	LCSQA – Mines de Douai (LCSQA)	I
Norveška	Norwegian Institute for Air Research (NILU)	L